

产品介绍

利用抗原抗体亲和结合的特性，免疫沉淀（Immunoprecipitation, IP）是一种能够将靶蛋白进行纯化分离的实验技术。该试剂盒包含免疫沉淀以及后续 Western blotting 检测所需要使用的二抗，通过对富集的靶蛋白高效快速分离，以对免疫沉淀实验提供最佳解决方案，同时该试剂盒还具有省时、高效、抗体用量少等优点。

- 关于试剂盒
1. IP lysis buffer 能够有效提取细胞或组织总蛋白，用于后续实验使用。

2. rProtein A/G beads slurry 用于沉淀分离抗原抗体复合物。

3. 高盐、低 pH 的 Elution buffer 有效用于抗原抗体复合物与 rProtein A/G beads 的解离。

4. Spin columns 的使用使操作更为方便快捷，且减少靶蛋白的损失，同时降低了非特异性蛋白的影响。

5. HRP-conjugated Mouse Anti-Rabbit IgG Light Chain Specific 二抗用于 Western blotting 的检测，避免了传统二抗带来抗体重链信号的影响。

6. 该试剂盒可广泛用于免疫沉淀以及免疫共沉淀实验。

产品成分

组分	20次	保存
IP lysis buffer : 20 mL/瓶	1 瓶	4 ℃ 12 个月
Incubation buffer : 15 mL/瓶	1 瓶	4 ℃ 6 个月
100 × Protease inhibitor : 2 mL/份	1 份	-20 ℃ 6 个月
20 × Washing buffer: 10 mL/瓶	1 瓶	4 ℃ 6 个月
rProtein A/G beads slurry :800 uL/份	1 份	4 ℃ 12 个月
Elution buffer : 2.5 mL/份	1 份	4 ℃ 6 个月
Alkali neutralization buffer: 250 uL/份	1 份	4 ℃ 6 个月
5 × Sample buffer : 800 uL/份	1 份	-20 ℃ 12 个月
HRP-conjugated Mouse Anti-Rabbit IgG Light Chain Specific : 200 uL/份	1 份	4 ℃ 6 个月
Spin columns : 1 mL	20 个	室温 12 个月
Collection tubes : 2 mL	20 个	室温 12 个月
End caps	20 个	室温 12 个月

*客户需要自备：

免疫沉淀所用细胞或组织、免疫沉淀所用抗体，1×PBS缓冲液，垂直旋转混合仪，低温离心机，可调节式移液枪及枪头，去离子水，匀浆器（组织样本）。

*试剂盒过期后建议不再使用

包装规格

20T

使用方法

1. 细胞或组织裂解物的制备
- 细胞

• 将离心机预冷至 4 ℃。

• 收集细胞前用血球计数板对细胞进行计数。

• 4 ℃、500 × g 离心 5 min，收集细胞。

• 用冰上预冷的1× PBS洗涤细胞三次，每10⁶个细胞加入100 uL预冷的 IP lysis buffer（现加Protease inhibitor至1x），建议准备实验组和对照组各200-350 uL，Input组50-100 uL用作阳性对照。若需获得高浓度蛋白裂解物，可以适当减少IP lysis buffer的用量。

• *可根据具体实验灵活调整，每个IP总体积建议不要低于200 uL。

• 若靶蛋白为磷酸化蛋白质，则需额外加入适量磷酸酶蛋白抑制剂（货号：[PR20015](#)）。

• 在 IP lysis buffer 中重悬细胞，冰上裂解 30 min，期间每 10 min 轻柔颠倒一次。

• 后续步骤见裂解与保存。

组织

• 解剖目的组织，用预冷的 1 × PBS 洗涤组织，尽可能去除组织中存留的血液，在冰上将目的组织剪成碎块。

• 将组织碎块置于预冷的匀浆器中。

• 以每毫克目的组织10-20 uL IP lysis buffer的量加入相应数量的IP lysis buffer（现加 Protease inhibitor至1x），建议准备实验组和对照组各200-350 uL，Input组50-100 uL用作阳性对照。

• *裂解物可根据具体实验进行调整，每个IP使用体积建议不要低于200 uL。

• 对目的组织充分匀浆，冰上裂解 30 min，期间每 10 min 颠倒一次。

• 后续步骤见裂解与保存。

裂解与保存

• 超声波破碎细胞或组织裂解物，使得裂解更加充分，同时使 DNA 片段化，整个超声过程在冰上进行。不同的样品

最适超声功率和时间不同，在180 W功率下（超声2 s停2 s的循环），一般细胞超声 1 min，组织超声 2 min。
*功率和时间需要根据裂解物体积适当调整，对于免疫共沉淀实验建议短时超声20-30 s即可。
•裂解物冰上放置 20-30 min，期间每 10 min 颠倒一次。
•4 °C、10,000 × g 离心 10-15 min，将上清转入新的 EP 管中备用；弃沉淀或 储存用于后续问题分析。
•通过 BCA 法测定裂解物的总蛋白浓度，推荐使用商品化BCA蛋白浓度检测试剂盒（货号：[PK10026](#)）。
•裂解物用于 IP 或 Western blotting 实验，也可以分装于-80 °C 保存。
•若用于 Western blotting 实验，SDS-PAGE 检测前，需向裂解物中加入 25% 样品体积的 5 × Sample buffer，并沸水浴加热 5 min。

2. rProtein A/G beads 的准备

•上下颠倒混匀储存 rProtein A/G beads slurry 的管子，取出所需数量的 rProtein A/G beads slurry，用 1 × PBS 低速离心洗涤 beads 三次（每次可 1 ml PBS，500 g 离心30 s），最后用 PBS 将 beads 重悬至原体积。
•本试剂盒beads建议单个IP使用量20-50 uL，初次实验可按30 uL取用，可根据实验结果，适当增加或者减少beads的用量，beads准备在需要加入beads前30 min准备即可。

3. 裂解物预处理（可选）

•以 45°角剪掉已灭菌枪头的末端，快速吸取重悬的 rProtein A/G beads slurry，加入含有裂解物的 EP 管中。通常 1-3 mg 总蛋白裂解物需加入 30 uL 重悬的 rProtein A/G beads slurry。
•4 °C 旋转孵育 30-60 min（推荐用垂直旋转混合仪，低速旋转）。
•4 °C、500 g 离心 1 min，将上清转入新的 EP 管中。

注意：

*仅在裂解物中明确含有大量IgG或初次实验出现beads的非特异性结合时需要进行预处理，其他多数时候可以省略。

*本试剂盒所提供的beads量并不支持每一次IP的预处理，根据实验需要可能需要额外购买用于预处理的beads。

4. 免疫沉淀

•吸取含有 1-3 mg 总蛋白的裂解物(或预处理) 200-350 uL，加入下端带有 End caps 的 Spin columns 中，同时加入 1-4 ug 特异性抗体以及 150-300 uL Incubation buffer（现加 Protease inhibitor 至 1 ×），最佳抗体数量应由抗体效价决定。
•向相同数量的裂解物与 Incubation buffer（现加 Protease inhibitor 至 1 ×）中加入同种属相同数量的 Control IgG 作为阴性对照（阴性对照管的后续操作与目的样本管完全一样）。
•4 °C 下，旋转孵育过夜或 2-4 h。
•向 Spin columns 中加入准备好的重悬的 rProtein A/G beads slurry 以沉淀免疫复合物，4 °C 旋转孵育 1-4 h。
•取下 End caps 保留备用，将上清自然流出弃除，必要时，可以通过重悬 rProtein A/G beads 以提高上清的流速。
•每次用 800 uL 1 × Washing buffer（取适量 20 × Washing buffer、用纯水稀释至 1 ×，并现加 Protease inhibitor 至 1 ×）洗涤沉淀复合物，洗涤液自然流出弃除；重复洗涤 4-5 次。洗涤结束后，在 4 °C，500 g 下将 Spin columns 置入 Collection tubes 中离心 30 s，弃 Collection tubes 以及离心产物。

5. 洗脱

•用 End caps 堵住 Spin columns 下端出口，向 Spin columns 中加入 80 uL Elution buffer，盖上盖子，室温静置 5-10 min，期间可以轻轻摇晃 2-3 次，重悬沉淀复合物，以达到更好的洗脱效果。洗脱完成，取下 End caps，将 Spin columns 置入新的 1.5 mL EP 管，4 °C 10000 g 下离心 1 min 收集产物。
•向洗脱产物中加入 10 uL Alkali neutralization buffer 以及 23 uL 5 × Sample Buffer，沸水浴加热 5 min。
•若希望得到更高浓度的 IP 目的蛋白产物，可以适当按比例减少 Elution buffer，Alkali neutralization buffer 和 5 × Sample Buffer 的使用量，最低 Elution buffer 使用量不低于 40 uL。

6. Western blotting 分析

•取 20-40 uL IP 样品加入 SDS-PAGE 对应泳道，同样可以将剩余 IP 样品置于-80 °C 保存备用。
•通过 SDS-PAGE 分离 IP 样品，并将蛋白质向 PVDF 膜转移。使用检测抗体杂交以及 1:1000-1:2000 稀释度的 HRP-conjugated Mouse Anti-Rabbit IgG Light Chain Specific 二抗进行 Western blotting 分析。

补充信息

•如果需要缩短 IP 实验操作时间，也可以将靶蛋白对应的特异性抗体以及 rProtein A/G beads slurry 同时加入细胞或组织裂解物中进行一步孵育。
•必要时，该试剂盒可以按比例扩大使用

注意

- 该试剂盒仅用于细胞或组织裂解物的免疫沉淀和免疫共沉淀实验。
- 除特别说明外，所有操作在冰上完成。
- 碱中和液避免接触皮肤以及眼睛。

问题解决

问题	可能原因	解决 方法
未获得靶蛋白	高浓度去垢剂影响抗原抗体结合	制备高浓度的细胞或组织裂解物，使用 前用孵育缓冲液稀释
	裂解物中靶蛋白表达丰度低或靶蛋白降解	增加使用裂解物总蛋白的数量；通过 Western blotting 验证裂解物中靶蛋白表达；更换新鲜的蛋白酶抑制剂
	抗体没有与靶蛋白抗原结合	更换识别不同表位的抗体，增加抗体使用量
	抗原抗体复合物没有被 rProtein A/G beads 沉淀	抗体属于 IgM 亚型，使用抗 IgM 偶联的 微粒沉淀抗原抗体复合物
洗脱物的抗体信号 影响靶蛋白信号	靶蛋白大小在 25-35 kDa 左右	选择使用 HRP-conjugated protein A 二抗； 使用两个种属不同的抗体分别用于 IP 过 程和后续 Western blotting 分析

免疫沉淀实验如何选择检测二抗

IP捕获抗体类型	WB检测时一抗类型	WB检测时二抗类型	备注说明
小鼠单抗/多抗	小鼠单抗		WB 检测时一般的 HRP-标记抗小鼠 IgG 二抗可产生严重的重链轻链干扰信号； HRP-标记 Protein A 可以有效降低重链信号强度，消减轻链信号；
	小鼠多抗	HRP-标记 Protein A 或 HRP-标记抗小鼠 IgG 二抗	WB一抗若为 mouse IgG1/IgG3 亚型，HRP-标记 Protein A 亲和力较低，可适当降低其稀释度（也可先尝试 HRP-标记抗小鼠 IgG 二抗）； WB一抗若为小鼠 IgM/IgA 亚型，则避免选择 HRP-标记 Protein A，因其不结合。
	兔抗	HRP-标记抗兔 IgG二抗	由于 IP 捕获抗体与 WB 检测一抗属于不同种属来源抗体，故 WB 检测时使用 HRP-标记抗兔 IgG 二抗可以有效避免重链轻链信号的影响。
	小鼠单抗	HRP-标记抗小鼠IgG二抗	由于 IP 捕获抗体与 WB 检测一抗属于不同种属来源抗体，故 WB 检测时使用 HRP-标记抗小鼠IgG 二抗可以有效避免重链轻链信号的影响。
兔抗	小鼠多抗		
	兔抗	1、HRP-标记Protein A 2、HRP-标记抗兔IgG 轻链特异性抗体	1、WB 检测时 HRP-标记抗兔 IgG 二抗会产生很强的重链轻链信号，以及背景信号，对结果分析有一定影响； 2、HRP-标记 Protein A可以有效降低重链信号以及消减轻链信号的影响，背景干净，适用于检测目的蛋白大小除 45-55 kDa 之外的所有目的蛋白，而目的蛋白大小在 45-55 kDa 之间时，推荐使用 HRP-标记抗兔 IgG 轻链特异性二抗。

说明书发布时间和修订时间

发布时间：2013年12月
修订时间：2025年12月